

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКОВАНИЙ РЕФЕРЕНТНИЙ МАТЕРІАЛ (СРМ) – борошно пшеничне

Код референтного матеріалу: PT.UA.2.6.2018 **Номер партії:** PT.UA.2.6.2018-XX

Опис: Сертифікований референтний матеріал являє собою борошно пшеничне, масою (150 ±5) г, упакований та запаяний в поліетиленові пакет.

Призначення: СРМ призначений для калібрування та градування відповідних засобів виміральної техніки, валідації та верифікації методик, забезпечення якості результатів випробувань.

Сертифіковане значення із зазначенням розширеної невизначеності.

Показник	Сертифіковане значення	U* сертифікованого значення	U**, % сертифікованого значення
Salmonella spp	Наявна	-	-
E.Coli	Відсутня	-	-
МАФАНМ, КУО/г	$1,4 \cdot 10^5$	$-7,5 \cdot 10^4$ $+1,5 \cdot 10^5$	-53% +111%
Плісняві гриби, КУО/г	$7,9 \cdot 10^1$	$-3,8 \cdot 10^1$ $+7,6 \cdot 10^1$	-49% +96%

*U - Розширена невизначеність отримана як добуток сумарної стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення k=2 і визначає інтервал з рівнем довіри приблизно 95.45% при допустимому нормальному розподілі. оцінювання невизначеності проведено у відповідності з JCGM 100:2008(ISO GUM).

**Відносна розширена невизначеність отримана як відсоткове відношення розширеної невизначеності до сертифікованого значення.

Сертифіковане значення та невизначеність отримані на підставі результатів міжлабораторного експерименту перевірки кваліфікації ПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКАЦІЇ PT.UA.2.6.2018 ЗЕРНО І ЗЕРНОБОБОВІ, МУКОМОЛЬНО-КРУП'ЯНІ ТА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ – МІКРОБІОЛОГІЯ РАУНД 1 ЖОВТЕНЬ 2018 (УКР)

Умови зберігання та транспортування: СРМ зберігати при кімнатній температурі від 15 °C до 25 °C, у захищеному від прямих сонячних променів місці та відносній вологості від 30% до 75%. Транспортування СРМ дозволяється тільки в упакованому вигляді будь-яким видом транспорту за температури від 15 °C до 25°C.

Вимоги безпеки: СРМ не містить шкідливих речовин.

Система менеджменту якості: ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС» є компетентним провайдером та виробником, який відповідає вимогам ISO/IEC 17043:2010, ISO 17034:2016, та має акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Комплект поставки: СРМ постачається в поліетиленовій упаковці масою (150 ±5) г. До СРМ додається сертифікат.

Дата виготовлення: 06.11.2018

Строк дії сертифікату: до 06.11.2019

Директор
ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС»



Наталія Божко