

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКОВАНИЙ РЕФЕРЕНТНИЙ МАТЕРІАЛ (СРМ) - Розмел пшениці

Номер партії: PT.UA.6.2.2017.2

Код референтного матеріалу: PT.UA.6.2.2017.2-XX

Опис: Сертифікований референтний матеріал являє собою розмел пшениці, масою (60±1) г, упакований в пластиковий контейнер.

Призначення: СРМ призначений для калібрування та градуювання відповідних засобів вимірювальної техніки, валідації та верифікації методик, контролю точності результатів вимірювання.

Сертифіковане значення із зазначенням розширеної невизначеності.

Показник	Сертифіковане значення	U* сертифікованого значення	U**, % сертифікованого значення
Fenitrothion ppm	0,09	0,041	46,575
Parathion-methyl ppm	0,08	0,031	40,959
Chlorfenvinphosppm	0,05	0,017	34,018
Azinphos-methyl ppm	0,08	0,001	1,286
Fensulfothion ppm	0,08	0,001	1,036

*U - Розширена невизначеність отримана як добуток сумарної стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення k=2 і визначає інтервал з рівнем довіри приблизно 95.45% при допустимому нормальному розподілі. оцінювання невизначеності проведено у відповідності з JCGM 100:2008(ISO GUM).

**Відносна розширена невизначеність отримана як відсоткове відношення розширеної невизначеності до сертифікованого значення.

Сертифіковане значення та невизначеність отримані на підставі результатів міжлабораторного експерименту перевірки кваліфікації PT.UA.6.2.2017 ФОСФОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ В СИРОВИНІ ТА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ РАУНД 2, ГРУДЕНЬ 2018.

Умови зберігання та транспортування: СРМ зберігати при кімнатній температурі від 15 до 25°C, у захищеному від прямих сонячних променів місці та відносній вологості від 40% до 75%. Транспортування СРМ дозволяється тільки в упакованому вигляді будь-яким видом транспорту за температури від 15 до 25°C.

Вимоги безпеки: СРМ має бути використаний виключно для лабораторної практики.

Метрологічна простежуваність: сертифіковані значення простежуються до національних еталонів.

Система менеджменту якості: ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС» є провайдером та виробником, який відповідає вимогам ISO/IEC 17043:2010, ISO 17034:2016, та має акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Комплект поставки: СРМ постачається в пластиковому контейнері масою (60 ±1) г. До СРМ додається сертифікат.

Дата виготовлення: 08.01.2018

Строк дії сертифікату: до 08.01.2019

Директор
ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС»



Наталія Божко